

广西科技大学采购项目合同验收书

根据采购项目:汽车重点实验室 LMS 疲劳信号采集模块采购 (采购合同编号: JXQC-2022-KYSB-QCXDSYS01) 的约定,我单位对采购项目中标(或成交)供应商(公司名称:广西英伟科技有限公司)提供的货物(或服务)进行了验收,验收情况如下:

采购方式	询价采购	验收方式	√ 自行验收 □ 委托验收	
序号	名 称	货物型号规格、标准及配置等 (或服务内容、标准)	数量	金 额 (元)
1	LMS 疲劳信号采集模块	型号: SCM-DB8III 1、含 2 个采集模块,每个采集模块含 8 个输入通道,可以与 Simcenter SCADAS 数采前端机箱和 Simcenter Testlab 分析软件无缝连接,完成应变测试; 2、每通道可选输入方式:电压、ICP、DC 桥路、AC 桥路、AC LVDT、MEMS 电容传感器、变送器、电位计等; 3、支持 TEDS (ICP 传感器)和 TEDS (DC 传感器)智能传感器识别; 4、支持全桥/半桥/1/4 桥路应变测试; 5、支持 120 Ω 和 350 Ω 的应变片; 6、支持内部旁路校准; 7、模数转换精度: 24 位 AD; 8、最大采样频率 102.4kHz; 9、最大有效带宽 5kHz; 10、接口方式:差分或单端 DC 输入,高品质 7 针 LEMO 接口; 11、带 8 根 3 米长 LEMO/开口适配线缆 (SCx-CAS04); 12、含 2 包应变片,1 个应变片现场测试工具箱; 13、含激光转速传感器 1 个 1)、测量范围(RPM): 1-250,000 2)、工作范围: 0.05-7.6m 3)、工作温度: -10-70℃ 4)、供电电压: 3-24V dc,0.13W 5)、线缆长度: 7 米 14、含安装调试培训。 15、投标时已提供针对本项目的原厂授权函或国内总代理授权函(国内总代理需出具原厂的本项目授权证明);	1 套	339000.00
合 计				339000.00
合计大写金额: 人民币叁拾叁万玖仟元整				
实际供货/完成日期	2022.12.19	合同交货/完成验收日期	2022.12.21	
验收具体内容 (按采购合同、采购文件、投标响应文件)	在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求		否	
	提供的质量保证证明材料是否齐全		是	



及验收方案等进行验收)	应有的配件及附件是否达到合同约定	是
	其他内容	可增加附页
验收小组意见	验收结论性意见：设备验收合格，达到合同约定的质量。	
	有异议的意见和说明理由（可增加附页）： 无	
验收小组负责人签字： 陈静		
验收小组成员签字： 陈汉石 靳龙		
二级单位领导签字： 杨小应		
监督人员或其他相关人员签字： 郭军		
或受托机构的意见（盖章）：		
中标或者成交供应商负责人签字或盖章：		学校（盖章）：
联系电话： 年 月 日		联系电话： 年 月 日

本表一式三份，采购人留存1份；送计财处办理采购资金结算1份，送政采办备案1份。

